VEJLEDNING TIL BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE
Action® operationsstueprodukter

Inden første anvendelse skal puden tages ud af indpakningen. Læs brugsanvisningen og rens puden iflg. vejledningen "Rengøring og desinfektion" i dette dokument.

GENEREL BRUG AF PRODUKTET

- Må ikke komme i kontakt med skarpe genstande eller kanter, der kan skære, rive, punktere, klemme eller på anden vis kompromittere produktet.
- Produktet må ikke udsættes for uv-lys, direkte eller indirekte sollys.
- Action® produkter er kompatible med gennemlysning, medmindre andet er anført direkte på produktet.
- Action® puder og positionerer er ikke elektrisk ledende.
- Inspicér produktet efter hver anvendelse, for at sikre at det ikke har lidt nogen skade. Hvis man opdager en skade, skal man følge reparationsvejledningen her.
- Rens produktet efter hver brug, idet man sørger for, at overflader der kommer i kontakt med patienten er helt fri for rengøringsrester. Læs vejledningen "Rengøring og desinfektion" i dette dokument.
- For at opnå maksimal afskæringsreduktion kan patienten placeres direkte på Akton® polymeroverfladen.
- Et løstsiddende, 100 % ikke-stivet bomuldslagen eller stof kan placeres mellem patienten og produktet, hvis dette ønskes. Sørg for, at lagnet eller andre genstande ikke har krøller eller folder, når de placeres under patienten.
- Nogle produkter sælges med kroge og stropper for at give en sikker placering ved produkt mod hårde materialer. Krogen (den hårde del) sættes på udstyret eller den eksisterende udstyrspolstring. Stroppen (den bløde del) fæstnes på Action® produktet. Krog- og stroplim skal hvile i mindst to (2) timer inden første placering og anvendelse. Efter montagen skal produktet bare sættes i den ønskede stilling ved at matche kroge og stropper og sammenpresse med moderat styrke for at sikre forbindelsen.

RISIKOVURDERING OG PATIENTPLACERING

ADVARSEL. For at undgå alvorlige skader skal man:

- Følge lægeligt anbefalet praksis og standarder til placering af patienter, som fx de der er udgivet af AORN Komite for anbefalet praksis.
- Følge vejledninger og standarder for den praksis der er fastsat inden for din institution.
- Tjekke sin egen institutions vejledninger for vurderingen af risici for hver enkelt patient angående patientens placering.

TRANSPORTERING

- Håndter Action® puder forsigtigt for at vedligeholde produktets integritet og maksimere produktet levetid.
- Understøt produktet helt med to hænder eller med vuggemetoden ved transportering.
- Større og tungere genstande transporteres bedst på en vogn.
- Undgå at løfte eller bære produktet i hjørnerne eller kanterne for at forhindre unødigt stress, der kan beskadige overfladematerialet.
- Store, ikke-skum-belægninger kan rulles for at lette transporten, bæres under armene eller på en vogn.

OPBEVARING

- Produkterne skal opbevares på et rent og tørt sted, der ikke er udsat for direkte sollys.
- Store, ikke-skum-belægninger kan rulles sammen for at spare på pladsen.
- Produkterne opbevares bedst fladt. Undgå så vidt muligt at stable dem i stakke.
- Produkterne må ikke opbevares, hvor de kan komme i kontakt med skarpe genstande, kanter eller andet.

ACTION and AKTON are registered trademarks of Action Products, Inc., USA
© Action Products, Inc. 2010 USA

Scan-Med A/S Dalgårdsvej 17 8220 Brabrand Tlf. 86106166 www.scan-med.dk e-mail: inof@scan-med.dk

Revision December 2024

VEJLEDNING TIL BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE
Action® operationsstueprodukter

RENGØRING OG DESINFEKTION

- Der er en komplet liste over godkendte rengøringsmidler på vores hjemmeside, www.actionproducts.com.
- Undgå alkoholbaserede eller kraftige, ufortyndede desinfektionsmidler, da disse kan hærde den fleksible overflade på produktet eller plette.
- Produktet skal ALTID skylles med rent vand for at fjerne rester af rengørings/desinfektionsmidlet. Undladelse i at gøre dette kan resultere i patientskade.
- Der må ikke anvendes sterilisering med luftarter, autoklave, vaske- eller tørremaskiner ved rengøring af produktet, da dette vil forårsage uoprettelige skader.
- De anbefalede maksimale temperaturer ved rengøringen er ca. 40 °C / 103 °F.
- Performance og Performance Plus luftventilatorer kan renses efter hver brug med en ren, tør vatpind, der føres ind i ventilatoråbningen for at absorbere evt. fugt.

OPVARMNING OG AFKØLING

- Tjek jeres institutions regler for de anbefalede opvarmnings- og nedkølingsintervaller, der er sikre for patienten.
- Action® puder og positionerer kan med sikkerhed udsættes for temperaturer fra 65,5 °C (150 °F) til -29 °C (-20 °F), og stadig bibeholde deres smidighed.
- Vær meget forsigtig, når produktet opvarmes til over normal kropstemperatur på 37 °C (98,6 °F).
- Action® polymer/ skum-bordpuder kan opvarmes med en hypo/hypertermi-enhed placeret oven på stoffet eller polymeroverfladen.
- Action® produkter, der IKKE indeholder skummateriale, kan opvarmes i et tæppevarmekabinet, i varmt vand eller i forbindelsen med en hypo/hypertermi-enhed placeret under produktet, ELLER de kan afkøles i et køleskab, isbad eller vha. ispakker.

REPARATION

- Det anbefales ikke at reparere produkter med skum eller stof. Hvis de beskadiges, anbefaler vi, at de straks tages ud af brug, kasseres eller udskiftes.
- Polymere produkter kan repareres, hvis de har lidt mindre skader, fx rifter i overfladen, klemte steder eller meget overfladiske huller.
- Større skader, fx dybe punkteringer, flænger, revner eller områder, hvor polymeren er løsnet, kan ikke anbefales til reparation. Disse produkter skal tages ud af brug, kasseres eller udskiftes.
- Vi anbefaler, at alle reparerede genstande regelmæssigt inspiceres for at sikre, at reparationsmaterialet er intakt. Der må ikke være nogen løse kanter, der kan tiltrække snavs.
- Det anbefales ikke, at noget udsættes for gentagne reparationer.

VED REPARATION MED KIT002 ELLER KIT003 :

  - Fjern alt resterende materiale omkring det skadede område med en fugtig klud, varmt sæbevand eller sprit.
  - Sørg for, at reparationsområdet er helt tørt og frit for andre rester.
  - Lad der være en kant på ½ til 1½ cm (¼ - ½") rundt om reparationsmaterialet for at sikre, at det skadede område er helt dækket af reparationslappen/tapen.
  - Træk forsigtigt halvdelen af reparationslappen af beskyttelsespapiret, og sæt forsigtigt den klare side mod kanten af det skadede område. Fjern resten af beskyttelsespapiret indtil hele lappen/tapen er sat over det skadede område.

ACTION and AKTON are registered trademarks of Action Products, Inc., USA
© Action Products, Inc. 2010 USA

Scan-Med A/S Dalgårdsvej 17 8220 Brabrand Tlf. 86106166 www.scan-med.dk e-mail: inof@scan-med.dk

Revision December 2024

- Tryk forsigtigt alle luftbobler ud, der kunne være fanget mellem produktet og reparationsmaterialet, inden det presses fast mod overfladen.
- Rens, skyl, tør og sæt produktet tilbage i service.

GARANTI

- Garanteres som fri for defekte materialer og dårlig bearbejdning på købstidspunktet, samt at det er brugbart i en periode på 12 måneder, med undtagelse af misbrug, uagtsomhed eller undladelse i at føle denne Vejledning til Brug og Vedligeholdelse.
- Konkrete spørgsmål og garantien skal rettes til Kundeservice +1 (301) 797 1414 eller din autoriserede forhandler.

REGLER OG BETINGELSER

- Alle returnerede varer skal forudgående autoriseres ved tildeling af et RMA-nummer af Kundeservice samt et Desinfektionscertifikat.
- Returvarer pålægges en afgift på 20 % for genoplagring.
- Action Products forbeholder sig ret til at afgøre om en pude kan repareres eller ej, hvis den har været udsat for misbrug, uagtsomhed eller overlast.
- Kunden er fuldt ansvarlig for omkostninger ved tilbageforsendelsen.

BEMÆRKNINGER / KLAGER

- Skulle der opstå en bivirkning eller skade, der formodes at være forårsaget af Action® puder, skal dette rapporteres med det samme til den autoriserede forhandler, distributøren eller en officiel repræsentant hos Action Products, som beskrevet herunder:
  - I USA, Canada og uden for EU, kontakt producenten:
    Action Products, Inc., 954 Sweeney Drive, Hagerstown, MD 21740 USA
    Telefon +1 (301) 797 1414 Fax +1 (301) 733 2073
    E-mail: service@actionproducts.com

  - I EØF-lande:
    Michel eller Laurent Lesch hos Annie Bauer Confort
    Antonia' 4, AV. Petit Bermone, F 06270 Villeneuve, F06270 Loubet, Frankrig
    Telefon 04 93 229 475
    E-mail: anniebauerconfort@free.fr

ACTION and AKTON are registered trademarks of Action Products, Inc., USA
© Action Products, Inc. 2010 USA